






Comment reconnaître les produits qui doivent être isolés dans le local de stockage ?

Règlementation
01.07.2013



Les produits classés Toxiques ou C.M.R. (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques) doivent être stockés séparément dans le local.

Pour les reconnaître, il faut repérer sur l'étiquette les pictogrammes et les phrases qui décrivent ces classements de danger. Pour vous y retrouver entre l'ancien classement (DPD) et CLP, affichez ce tableau dans votre local.

	Ancien système (valable jusqu'en 2015)		Classement CLP (depuis 2010)	
Toxique	 T - Toxique	 T+ - Très toxique		
CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique)	CMR 3		CMR 2	
	 Xn - Nocif	R 40 R 62 R 63 R 68		H 341 H 351 H 361 d H 361 f